INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS OFTÁLMICO

MODELO: VER ENVASE.

IMPLANTEC

Fabricado por:
Appasamy Associates
SF Nº 144/1, Navammal Kapper Village, M.N.
Kuppa Thennal PO Kandamangalam
Taluk 605102 Tamil Nadu, India.

ATENCIÓN: lea atentamente las instrucciones de uso antes de emplear este producto médico.

Los instrumentos para microcirugía no estériles, son utensilios quirúrgicos de precisión reutilizables, diseñados para auxiliar al médico oftalmólogo en la cirugía del ojo.

INSTRUCCIONES DE USO

El instrumental quirúrgico para microcirugía, está diseñado, conforme el modelo, para cumplir una función específica, las cual son, entre otras aunque no las únicas, las de separar, sostener, disecar, punzar, retraer, abrir, unir o canalizar el tejido del ojo humano. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su supervisión directa. Estos instrumentos solo deben ser utilizados para el propósito para el que fueron diseñados. El cirujano es el responsable de la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de estos instrumentos. Antes de cada uso deberá lavarse, desinfectarse y esterilizarse, conforme el protocolo de uso correspondiente.

CONTRAINDICACIONES:

El instrumental quirúrgico para microcirugía no debe utilizarse para otro propósito que no sea el destinado específicamente.

ADVERTENCIAS

El uso de instrumental quirúrgico para microcirugía de alta precisión en intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la práctica profesional.
El uso de algunos desinfectantes puede producir daño sobre el acabado o la calibración de algunos instrumentos. Verifique las indicaciones del desinfectante a utilizar, antes de poner el instrumento en contacto con el mismo.

PRECAUCIONES

Producto no estéril. Antes de su uso deberá lavarse, desinfectarse y esterilizarse, conforme el protocolo de cada centro asistencial. El incumplimiento de estas precauciones, pueden ocasionar fallas severas en su uso. La utilización inadecuada de los instrumentos derivará en un daño que suele ser no reparable. La esterilización por calor seco, puede acelerar el envejecimiento del material.

INSPECCIÓN ANTES DEL USO

Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso pues puede producirse algún daño durante su transporte.

MANEJO Y EMPLEO

El instrumental quirúrgico para microcirugía, debe ser manipulado por personal enteramente familiarizado con su uso. El instrumento debe manipularse con cuidado.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO.

SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO.

Importador y representante en Argentina:

IMPLANTEC S.A.
Perdriel 1624 • CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.com
www.implantecinsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059.
Autorizado por la ANMAT PM-1623-16. USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS

UA	02 - 2021	Ref. 1623-16 INST-NE	AA