INSTRUCCIONES DE USO

BISTURÍ OFTÁLMICO

IMPLANTEC

INDICACIÓN DE USO: Instrumento quirúrgico de precisión empleado para realizar incisiones, punciones o cortes, con aplicación especial en el ojo humano y sus adyacencias.

CONTRAINDICACIONES: No posee.

ADVERTENCIAS: No utilizar para otro propósito que no sea el destinado específicamente. El uso de instrumental quirúrgico en intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la práctica profesional. El material se entrega estéril, en un envase hermético. Cualquier daño o señal de apertura del envoltorio, debe ser motivo suficiente para declinar su empleo. No debe re-esterilizarse ni re utilizarse.

INSPECCIÓN ANTES DEL USO: Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso pues puede producirse algún daño durante su transporte.

MANEJO Y EMPLEO: El instrumental quirúrgico, debe ser manipulado por personal enteramente familiarizado con su uso. El instrumento debe manipularse con cuidado, siguiendo el protocolo de empleo propio de área estéril. No abrir hasta el momento previo a su uso.

ESTÉRIL | STERILE EO

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

2 STERILE

PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR. NO RE-ESTERILIZAR.

30

CONSERVAR A MENOS DE 30°C

ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO.
SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO.

Fabricante:
IMPLANTEC S.A.
Perdriel 1624 • (C1279AHN)
CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11
info@implantecinsumos.com
www.implantecinsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-206. USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS.
Industria Argentina.

UA	05 - 2022	Ref.	BIST_V0

Sistema de Gestión de calidad certificado ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 por TÜV NORD